



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ

กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้

- |  |    |    |
|--|----|----|
| ๑. ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตร จำนวน     | ๓๐ | ใบ |
| ๒. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ลิตร จำนวน | ๒๐ | ใบ |
| ๓. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน  | ๑๐ | ใบ |

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิชฌุโลก กรมปศุสัตว์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิชฌุโลก ๒๗๘ ม.๑ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิชฌุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิชฌุโลก ๒๗๘ ม.๑ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิชฌุโลก ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://biotech.dld.go.th/index.php/th/> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๘-๓๑๓๕-๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายชุนตม จรุงภาค)


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิชฌุโลก


ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๒๙,๕๐๐.- บาท
  - ๓.๑ ถึงบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ ลิตร เป็นเงิน ๕๐๘,๕๐๐.- บาท  
ราคา/หน่วย ๑๖,๙๕๐.- บาท
  - ๓.๒ ถึงบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ลิตร เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
ราคา/หน่วย ๗,๕๐๐.- บาท
  - ๓.๓ ถึงบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ลิตร เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐.- บาท  
ราคา/หน่วย ๑๗,๑๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ นายพีรพงศ์ วัฒนพันธุ์
  - ๕.๒ นายพิชิตดวง เจริญปลั่ง
  - ๕.๓ นางสาวสิริพร เจริญสุข

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายพีรพงศ์ วัฒนพันธุ์)  
สัตวแพทย์ชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพิชิตดวง เจริญปลั่ง)  
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสิริพร เจริญสุข)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร


1. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังชั้นนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธี Arc Welding ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร คอยังไม่มีร่องสำหรับแขวน Canister
2. มีฝาปิดและมีหูหิ้ว 2 ข้างของตัวถัง
3. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.3 ลิตรต่อวัน
4. ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
5. มีฝาดังอะไหล่ 2 ฝา และมีสติ๊กเกอร์แสดงคำแนะนำการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาดัง หรือตัวถังตามความเหมาะสม
6. มีอุปกรณ์ตักไนโตรเจนเหลวประจำถัง
7. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 (Version 2000) หรือมาตรฐาน ASME (USA) หรือ ADR( EUROPE ) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
8. ให้นำตัวอย่างถัง จำนวน 1 ใบ มาส่งในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และทดสอบการใช้งาน

(ต่อ)




ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)




กรรมการ

(นางจิริรัตน์ แสนโกชน)



กรรมการ

(นายจิรุตม์ รัตนเทพ)



กรรมการ

(นายสุวิทย์ โอนทัยสินทวี)



กรรมการ

(นายสุวิช บุญโปรง)



กรรมการ

(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสมพงษ์ แซ่จ้อหอ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร  
(ต่อ)

- 9. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี โดยบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนถังที่เสียหายได้สภาพการใช้งานปกติ ณ .....ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทยังไม่ส่งมอบถังใบใหม่ทดแทนถังที่เสีย กรมปศุสัตว์จะดำเนินการปรับอัตราร้อยละ 10 ของราคากลางต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังใบใหม่
- 10. ส่งมอบพร้อมบรรจุไนโตรเจนเหลวตามขนาดของถัง และทดลองจนใช้งานได้ดีที่.....

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

.....กรรมการ

(นางจิริรัตน์ แสนโกชน)

.....กรรมการ

(นายจิรุตม์ รัตนเทพ)

.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี)

.....กรรมการ

(นายสุวิช บุญโปร่ง)

.....กรรมการ

(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสมพงษ์ แซ่จ้อหอ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร

1. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังชั้นนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธี Arc Welding ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร ปากถังมีร่องสำหรับแขวน Canister มีฉนวนทำด้วยผ้าใบหรือหนังเทียมคลุมทั้งใบ พร้อมสายสะพาย และมีช่องกระเป๋อย่างน้อย 3 ช่อง ใช้ใส่ถังและอุปกรณ์ผสมเทียม
2. มี Canister ทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลสแบบมีขอพร้อม Goblet พลาสติกสำหรับใส่หลอดน้ำเชื้อแช่แข็งไม่น้อยกว่า 1 ชุด
3. สามารถบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งชนิด Ministraw ( 0.25 ซี.ซี.) ได้ไม่น้อยกว่า 100 หลอด
4. ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน้ำหนักไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม
5. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.20 ลิตรต่อวัน
6. มีฝาถังอะไหล่ถังละ 2 ฝา
7. มีสติ๊กเกอร์แสดงคำแนะนำการใช้ถังเป็นภาษาไทยติดบริเวณฝาถัง หรือตัวถังตามความเหมาะสม

(ต่อ)

.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

.....กรรมการ

(นางจุรีรัตน์ แสนโกชน์)

.....กรรมการ

(นายจิรุตม์ รัตนเทพ)

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี)

.....กรรมการ

(นายสุวิช บุญโปร่ง)

.....กรรมการ

(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสมพงษ์ แซ่จ้อหอ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร  
(ต่อ)

- 8. มีใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 (Version 2000) หรือมาตรฐาน ASME (USA) หรือ ADR (EUROPE) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- 9. ให้นำตัวอย่างถัง จำนวน 1 ใบ มาส่งในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และทดสอบการใช้งาน
- 10. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี โดยบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนถังที่เสียหายได้สภาพการใช้งานปกติ ณ .....ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทยังไม่ส่งมอบถังใบใหม่ทดแทนถึงที่เสีย กรมปศุสัตว์จะดำเนินการปรับอัตราร้อยละ 10 ของราคางถังต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังใบใหม่
- 11. ส่งมอบพร้อมบรรจุไนโตรเจนเหลวตามขนาดของถัง และทดลองใช้งานได้ดีที่.....

ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

กรรมการ

(นางจิริรัตน์ แสนโกชน์)

กรรมการ

(นายจิรุตม์ รัตนเทพ)

ศิริโชคพร

กรรมการ

(นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี)

กรรมการ

(นายสุวิช บุญโปรง)

กรรมการ

(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)


กรรมการและเลขานุการ

(นายสมพงษ์ แซ่จ้อหอ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร


1. เป็นถังทำด้วยอลูมิเนียมหรือสแตนเลส ฉนวนภายในเป็นระบบ Multilayered Insulation หรือ Super Insulation รอยต่อของถังชั้นนอกต้องหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยวิธี Arc Welding ขนาดบรรจุไนโตรเจนเหลวได้ไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร ปากถังมีร่องสำหรับแขวน Canister
2. มีฝาปิดและมีหูหิ้ว 2 ข้างของตัวถัง
3. ปากถังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
4. มี Canister ชนิด 2 ชั้น มีขอพร้อม goblet พลาสติกสำหรับใส่หลอดน้ำเชื้อแช่แข็งไม่น้อยกว่า 6 ชุด และ Canister แต่ละอันมีก้านโลหะสำหรับยก goblet
5. สามารถบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งชนิด Ministraw ( 0.25 ซี.ซี.) ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 หลอด
6. อัตราการระเหยของไนโตรเจนเหลวไม่เกิน 0.16 ลิตรต่อวัน
7. ถังเมื่อบรรจุไนโตรเจนเหลวแล้ว มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. มีฝาดังอะไหล่ 2 ฝา และมีสติ๊กเกอร์แสดงคำแนะนำการใช้ถังเป็นภาษาไทย ติดบริเวณฝาดังหรือตัวถังตามความเหมาะสม

(ต่อ)



.....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เลียงเจริญ)




.....กรรมการ

(นางจรีรัตน์ แสนโกชน์)




.....กรรมการ

(นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี)



.....กรรมการ

(นายจิรุตม์ รัตนเทพ)




.....กรรมการ

(นายสุวิช บุญโปรง)



.....กรรมการ

(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสมพงษ์ แสงจ้อหอ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร  
(ต่อ)

9. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 (Version 2000) หรือมาตรฐาน ASME (USA) หรือ ADR( EUROPE ) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
10. ให้นำตัวอย่างถัง จำนวน 1 ใบ มาส่งในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และทดสอบการใช้งาน
11. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี โดยบริษัทจะต้องทำการเปลี่ยนถังที่เสียหายได้สภาพการใช้งานปกติ ณ .....ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กรมปศุสัตว์แจ้งให้ทราบ หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทยังไม่ส่งมอบถังใบใหม่ทดแทนถังที่เสียหาย กรมปศุสัตว์จะดำเนินการปรับอัตราร้อยละ 10 ของราคาถังต่อวัน จนกว่าจะได้รับมอบถังใบใหม่
12. ส่งมอบพร้อมบรรจุไนโตรเจนเหลวตามขนาดของถัง และทดลองจนใช้งานได้ดีที่.....




ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)



กรรมการ

(นางจรรีรัตน์ แสนโกชน์)




กรรมการ

(นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี)




กรรมการ

(นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)




กรรมการ

(นายจิรุตม์ รัตนเทพ)



กรรมการ

(นายสุวิษ บัญโปรง)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสมพงษ์ แซ่จ้อท)