

สค 010/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สค 010/2568


ชุดน้ำยาในการวัดสารพันธุกรรมด้วยสีฟลูออเรสเซนซ์ dsDNA Broad Range, 1000 assays สค 010/2569

1. เป็นน้ำยาสำหรับใช้วัดปริมาณสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) ในตัวอย่างด้วยการย้อมสีฟลูออเรสเซนซ์
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 สี DeNovix dsDNA Broad Range Dye ขนาด 1 mL จำนวน 2 หลอด
 - 2.2 น้ำยา DeNovix dsDNA Broad Range Buffer ขนาด 250 mL จำนวน 1 ขวด
 - 2.3 น้ำยา DeNovix dsDNA Broad Range Enhancer (100X) ขนาด 1 mL จำนวน 2 หลอด
 - 2.4 สารความเข้มข้นมาตรฐาน dsDNA standard (200 ng/ μ L) ขนาด 2 mL จำนวน 1 หลอด
 - 2.5 สารความเข้มข้นมาตรฐาน dsDNA standard (0 ng/ μ L) ขนาด 2 mL จำนวน 1 หลอด
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 สามารถตรวจวัดค่าปริมาณดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) ในช่วงค่าความเข้มข้น 0.1 ถึง 2,000 ng/ μ L (เมื่อใช้ปริมาตรตัวอย่างในการวัด 1-20 μ L ในปริมาตรรวม 200 μ L)
 - 3.2 สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดสารพันธุกรรมด้วยสีฟลูออเรสเซนซ์ รุ่น/ผลิตภัณฑ์ DeNovix ที่มีอยู่เดิมได้
 - 3.3 ใน 1 ชุด สำหรับ 1,000 assays
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มี Material Safety Data Sheet (MSDS) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




.....ประธานกรรมการ


(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)



(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)




(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิชญานิ ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)


ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์