

สค 022/2567

สค 022/2568

สค 022/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
TaqMan GTXpress Master Mix

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม โดยใช้เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 AmpliTaq Fast DNA Polymerase
 - 2.2 Uracil-N glycosylase (UNG)
 - 2.3 dNTPs (with dUTP)
 - 2.4 Dye (passive reference)
 - 2.5 Optimized buffer
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง DNA
 - 3.2 สามารถใช้กับเครื่อง real-time PCR ที่มีอยู่เดิมได้
 - 3.3 ใน 1 ชุด สามารถวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ ระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจนและรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มีเอกสาร Certificated of analysis แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 ผู้ขายต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการที่สามารถสาธิตการใช้ให้คำแนะนำและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย
 - 5.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดในขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)

.....กรรมการกรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์