

สค 024/2567

ศค 024/2568

สค 024/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

น้ำยาในการวัดสารพันธุกรรมด้วยสีฟลูออเรสเซนซ์ dsDNA Broad Range, 250 assays

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้วัดปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) ในตัวอย่าง ด้วยการย้อมสีฟลูออเรสเซนซ์ สามารถตรวจวัดค่าปริมาณดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) ในช่วงค่าความเข้มข้น 0.1 ถึง 2,000 ng/ μ L
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 สี DeNovix dsDNA Broad Range Dye ขนาด 0.5 mL จำนวน 1 หลอด
 - 2.2 น้ำยาบัฟเฟอร์ DeNovix dsDNA Broad Range Buffer ขนาด 50.0 mL จำนวน 1 ขวด
 - 2.3 น้ำยา DeNovix dsDNA Broad Range Enhancer (100X) ขนาด 0.5 mL จำนวน 1 หลอด
 - 2.4 สารความเข้มข้นมาตรฐาน dsDNA standard (200 ng/ μ L) ขนาด 1.0 mL จำนวน 1 หลอด
 - 2.5 สารความเข้มข้นมาตรฐาน dsDNA standard (0 ng/ μ L) ขนาด 1.0 mL จำนวน 1 หลอด
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดสารพันธุกรรมด้วยสีฟลูออเรสเซนซ์ รุ่น/ผลิตภัณฑ์ DeNovix ที่มีอยู่เดิมได้
 - 3.2 ใน 1 ชุด มี 250 assays
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 5.1 มี Material Safety Data Sheet (MSDS) แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล) ประธานกรรมการ

.....
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) กรรมการ

.....
(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง) กรรมการ

.....
(นางสาววิษญานี ภูมิพิทักษ์กุล) กรรมการและเลขานุการ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์