

สค 030/2567



ศค 030/2568


สค 030/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาทดสอบปริมาณฮอร์โมนลูทีไนซิง
ด้วยวิธี ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay)

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้ทดสอบปริมาณฮอร์โมนลูทีไนซิง (luteinizing hormone : LH) โดยมี monoclonal anti-LH immunoglobulins จากตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมา ด้วยวิธี ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay)
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 LH strips จำนวน 60 ชิ้น
 - 2.2 LH Solid Phase Receptacles จำนวน 60 ชิ้น
 - 2.3 LH control (lyophilized) ปริมาตร 3 mL จำนวน 1 ขวด
 - 2.4 LH calibrator (lyophilized) ปริมาตร 2 mL จำนวน 3 ขวด
 - 2.5 LH dilution buffer (liquid) ปริมาตร 3 mL จำนวน 1 ขวด
3. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดสัตว์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติที่มีอยู่เดิมได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีเอกสาร Certificated of analysis แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


.....กรรมการ (นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)
.....กรรมการ (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษณุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์