



สด 031/2567
สด 031/2568
สด 031/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาทดสอบปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
ด้วยวิธี ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay)


1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้ทดสอบปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) โดยมี monoclonal anti-progesterone immunoglobulins จากตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมา ด้วยวิธี ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay)
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 PRG strips จำนวน 60 ชิ้น
 - 2.2 PRG SPRs จำนวน 60 ชิ้น
 - 2.3 PRG control (lyophilized) ปริมาตร 3 mL จำนวน 1 ขวด
 - 2.4 PRG calibrator (lyophilized) ปริมาตร 4 mL จำนวน 2 ขวด
3. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดสัตว์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติที่มีอยู่เดิมได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีเอกสาร Certificated of analysis แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิชญานิ ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายกิตติกรณ์ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์


(นายกิตติกรณ์ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569


(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์