




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาทดสอบปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ด้วยวิธี ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay)

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้ทดสอบปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) จากตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมา ด้วยวิธี ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay)
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 TES2 Strips จำนวน 30 ชิ้น
 - 2.2 TES2 Solid Phase Receptacles จำนวน 30 ชิ้น
 - 2.3 TES2 Control (lyophilized) ปริมาตร 1 mL จำนวน 1 ขวด
 - 2.4 TES2 Calibrator (lyophilized) ปริมาตร 2 mL จำนวน 1 ขวด
3. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดสัตว์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติที่มีอยู่เดิมได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 - 5.1 มีเอกสาร Certificated of analysis แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 5.2 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ (นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)

.....กรรมการ (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์