

สค039/2567

สค039/2568

สค039/2569


รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
น้ำยาวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรม

1. เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับทำ Sequencing applications เพื่อวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรม (Sanger Sequencing) ด้วยเทคนิค Capillary electrophoresis (CE)
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1. Ready Reaction
 - 2.2. 5x Sequencing Buffer
 - 2.3. pGEM Control
 - 2.4. -21 M13 Primer
3. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1. สามารถทำ de novo และ resequencing ได้
 - 3.2. สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติรุ่น 310, 3130/3130XL, 3500/3500XL หรือ SeqStudio Genetic Analyzer
 - 3.3. สามารถใช้วิเคราะห์สารพันธุกรรมได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2. เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



ประธานกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)



กรรมการ

(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)



กรรมการ

(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิษุภาณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์