

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  
น้ำยาโพลิเมอร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ

สค 040/2568  
สค 040/2569

1. เป็นสารโพลิเมอร์แบบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับแยกดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Capillary electrophoresis (CE) สามารถใช้กับเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมรุ่น 3500 series และ SeqStudio Flex Genetic Analyzer ได้
2. มีคุณสมบัติดังนี้
  - 2.1. สามารถใช้วิเคราะห์หาลำดับเบส short to long read sequencing และ fragment analysis ได้
  - 2.2. มีการติดแท็ก Radio Frequency Identification (RFID) เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการใช้งานวันหมดอายุของน้ำยา
3. บรรจุอยู่ในถุงพร้อมใช้ สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง
4. มีเงื่อนไขดังนี้
  - 4.1. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
  - 4.2. เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ .....กรรมการ  
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววิษญานี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568 .....

.....  
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569 .....

.....  
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....  
(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์