

สค 045/2567

ศค 045/2564

สค 045/2569


รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
นํ้ายาบัฟเฟอร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ

1. เป็นสาร Running Buffer (with EDTA) สำหรับเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติรุ่น 3500 series และ SeqStudio Flex Genetic Analyzer
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1. ประกอบด้วยนํ้ายาบัฟเฟอร์ Anode และ Cathode ที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติรุ่น 3500 series และ SeqStudio Flex Genetic Analyzer
 - 2.2. มีแถบรหัส Radio Frequency Identification (RFID) เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการใช้งานวันหมดอายุของนํ้ายา
3. ขนาดบรรจุ 1 ชุด
4. มีเงื่อนไขดังนี้
 - 4.1. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2. เก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)



กรรมการ

(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)



กรรมการ

(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิษุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568.....



(นายกิติกรณ เจนไพบลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569.....



(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์



(นายกิติกรณ เจนไพบลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์