



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำกรองด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิสสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

1. เป็นน้ำกรองสั่งผลิตเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis ผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วย Ultra Violet และ Ozone
3. บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
4. มีเงื่อนไข ดังนี้
 - 4.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตรต่อถัง
 - 4.2 ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล)


.....กรรมการ 
.....กรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณีย์ ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙


(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์


.....
(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์