



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายทดสอบคุณภาพการตรวจนับตัวอสุจิ

1. เป็นสารละลาย Isopycnic ที่มีเม็ด Latex bead ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ไมโครเมตร
2. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง CASA ยี่ห้อ Hamilton Thorne รุ่น IVOS และ CEROS ที่มีอยู่
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 มีความเข้มข้นของเม็ด bead 35 ล้านเม็ด/มิลลิลิตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า 5 ล้านเม็ด/มิลลิลิตร
 - 3.2 มีความเข้มข้นของเม็ด bead 18 ล้านเม็ด/มิลลิลิตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า 2.5 ล้านเม็ด/มิลลิลิตร
 - 3.3 มีความเข้มข้นของเม็ด bead 3 ล้านเม็ด/มิลลิลิตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า 1 ล้านเม็ด/มิลลิลิตร
4. มีเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
 - 4.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (Room temperature)
 - 4.3 บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท
 - 4.4 มีเอกสารรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น Lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ .....กรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษญณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙




(นายชุมพล บุญรอด)

(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์