


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
DS-32 Matrix Standard Kit

1. เป็นชุดมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติที่ใช้ในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนดีเอ็นเอ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ประกอบด้วยชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ติดฉลากด้วยสี FAM JOE NED และ ROX
 - 2.2 ละลายอยู่ในสารละลาย TE Buffer
 - 2.3 สามารถใช้งานได้กับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ 3500 series และ SeqStudio™ Flex series Genetic Analyzer ที่มีอยู่ได้
3. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวดหรือข้างกล่อง
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตครอบคลุมช่วงการผลิตแนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
 - 4.2 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น Lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.3 เก็บรักษาที่สภาวะและอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)



.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ)




.....กรรมการ

(นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววิชญาณี ภูมิพิทักษ์กุล)



..... (นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์