

วต 001/2567

วต 001/2568

วต 001/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเจาะเลือดสุญญากาศ

1. เป็นเข็มสองปลายทำจากโลหะปราศจากสนิมและปลอดเชื้อ (sterile) ใช้สำหรับเจาะเลือด
2. ปลายหนึ่งใช้สำหรับการเจาะเข้าสู่เส้นเลือด ปลายหนึ่งใช้สำหรับเจาะเข้าสู่หลอดสุญญากาศ มีปลอกหุ้มปิดสนิททั้งสองด้าน มีสติกเกอร์ปิดทับรอยต่อของขอบ 2 ด้าน มีเกลียวต่อเชื่อมระหว่างเข็มทั้งสองด้าน
3. สามารถยึดติดกับ adapter หรือ holder ได้ ขนาดเข็ม 21 G ความยาว 1.5 นิ้ว ได้
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ กอบสุข ทองสอดแสง.....กรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุฒาณิ ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์