

วต 002/2567

วต 002/2568

วต 002/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศชนิด Lithium Heparin

1. เป็นหลอดเก็บตัวอย่างเลือดชนิดแก้วหรือพลาสติกปลอดเชื้อ (sterile) ภายในหลอดเป็นสุญญากาศ และมีจุกยางปิด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
  - 2.1 ภายในมีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Lithium Heparin จุกปิดมีสองชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก safety cap หุ้มชั้นในซึ่งเป็นยางปิดสนิท สามารถป้องกันการรั่วซึมของอากาศและของเหลว
  - 2.2 ข้างหลอดติดฉลากสำหรับเขียนรายละเอียดของตัวอย่างพร้อมระบุวันหมดอายุ
3. บรรจุใน RACK หรือ กล่องจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
  - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ  
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการ .....กรรมการ  
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววิษุฒาณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....  
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....  
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)  
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....  
(นายชุมพล บุญรอด)  
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์