

วต 011/2567

วต 011/2568

วต 011/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

PCR tube, flat cap, 0.5 mL

1. เป็นหลอดทดลองแบบผนังบาง (thin wall) ใส ไม่มีแถบฝ้าสำหรับเขียนรายละเอียดและขีดบอกปริมาตร
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจาก polypropylene
 - 2.2 กันหลอดมีลักษณะแบบ conical มีฝาติดกับหลอดและเป็นแบบฝาเรียบ (flat cap)
 - 2.3 ปราศจาก RNase และ DNase
3. ขนาดบรรจุ 0.5 mL จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 หลอด/แพ็ค
4. การรับรองคุณภาพหรือเงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิตว่าปราศจาก RNase/DNase แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 10 ชิ้น ในวันที่ยื่นเสนอราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

.....กรรมการกรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์