

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Centrifuge tube ขนาด 50 mL

วต 023/2567
จต 023/2568
จต 023/2569

1. เป็นหลอดปั่นตัวอย่างหรือสารละลาย พร้อมฝาเกลียว
2. ตัวหลอดทำด้วยพลาสติกชนิด polypropylene และสามารถทนแรงดันเหวี่ยงได้ไม่น้อยกว่า 12,000 xg และฝาเกลียวเป็นแบบ plug seal ทำด้วยพลาสติก high density polyethylene หรือ polyethylene ส่วนของฝาและเกลียวถูกออกแบบให้สามารถหมุนปิดได้สนิทไม่รั่วซึม และมีขีดบอกปริมาตรชัดเจน และผ่านการฆ่าเชื้อ
3. สามารถบรรจุสารได้สูงสุด 50 mL
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของ โดยระบุวันหมดอายุ
 - 4.2 มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต แนบมาพร้อมกับ Lot ของสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)

.....กรรมการกรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุฒาณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์