

วต 027/2567

วต 027/2568

วต 027/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดทดลองขนาด 5 mL ชนิดปลอดเชื้อ

1. เป็นหลอดทดลองพลาสติก ชนิดมีฝาปิด
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polystyrene (PS)
 - 2.2 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 mL
 - 2.3 ปราศจาก pyrogen และ RNase/DNase
 - 2.4 ปราศจากเชื้อ (sterile)
3. ขนาดบรรจุจำนวน 25 ชิ้นต่อห่อ บรรจุในถุงหรือซองพลาสติกที่ปิดสนิท
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อน และไม่มีการแบ่งบรรจุ
5. ส่งมอบ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญกุล) ประธานกรรมการ

.....กรรมการกรรมการ
(นายวรพงษ์ พงษ์ศิริ) (นางสาวกอบสุข ทองสอดแสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววิษุณี ภูมิพิทักษ์กุล)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

.....
(นายกิติกรณ เจนไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....
(นายชุมพล บุญรอด)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์