



สำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ (สดส.)
เลขที่รับ ๕11
วันที่ 17 ก.ค. 2568
เวลา 8.54 น.

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สดส.
เลขรับ / ส่ง 967
วันที่ 18 ก.ค. 2568
เวลา 10.48

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 3263
วันที่ 9 ก.ค. 2568
เวลา 13:15
สถานที่ 4

บันทึกข้อความ

(2 นพ.)

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร. ๐-๒๕๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๔๙

ที่ กษ ๐๖๑๑/ ๑๐๐๒๓

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑๘)

เรียน อธิบดี ผ่านรองอธิบดี (นายโสภชัย ขวาลกุล)

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๑ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๕ รายการ หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

รายการ ที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะใช้ผ่านทางช่องคลอดในโคกระบือ	สทป.	คว. ๘๗/๖๙	-
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ ๗๒๐ ลิตร	สทป.	คว. ๘๘/๖๙	คว. ๕๗/๖๘
๓.	ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน	สทป.	คว. ๘๙/๖๙	คว. ๑๑๖/๖๘
๔.	เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค	สทป.	คว. ๙๐/๖๙	คว. ๑๖๓/๖๗
๕.	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและตรวจนับโซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ	สทป.	คว. ๙๑/๖๙	คว. ๑๕๕/๖๘

อนุมัติ

(นายโสภชัย ขวาลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

.....ประธานกรรมการ
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....กรรมการ
(นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ)


.....กรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....กรรมการ
(นายอุตร ศรีแสง)


.....กรรมการ
(นางสาววิรมภรณ์ เตือนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


.....กรรมการ
(นางสาวชญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)


.....กรรมการ
(นางจิตรนา จิตจกรเกียรติ)


.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง การบุหนิง สังขทิพย์)


.....กรรมการ
(นางสาวประภัศร ภัคดี)


.....กรรมการ
(นายสรารฐ ชูกระชั้น)


.....กรรมการ
(นางสาวอรทัย ศิริพรม)


.....กรรมการ
(นางสาวอภิญญา พิงสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววิชานท์ ลีวรรณ)

แบบบันทึกรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๑๘)

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	เลขที่ spec		รูปแบบ การขอ อนุมัติ	หน่วย งาน ที่ขอ	จำนวน ยี่ห้อ (อย่างน้อย)	จำนวน ผู้ขาย (อย่างน้อย)
		เดิม	ใหม่				
๑.	หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะไขผ่านทางช่องคลอดในโคกระบือ	-	คว. ๘๗/๖๙	ขอจัดทำใหม่	สทป.	๑	๓
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ ๗๒๐ ลิตร	คว. ๕๗/๖๘	คว. ๘๘/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๓.	ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน	คว. ๑๑๖/๖๘	คว. ๘๙/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๔.	เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค	คว. ๑๖๓/๖๗	คว. ๙๐/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๕.	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและตรวจนับโซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ	คว. ๑๕๕/๖๘	คว. ๙๑/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๒	๒



.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะไข่ม้วนทางช่องคลอดในโคกระป๋อง

1. เป็นชุดอุปกรณ์หัวตรวจระบบสปีคันท์และเก็บไข่ม้วนทางช่องคลอด สำหรับใช้งาน Ovum picked-up (OPU) เพื่อเก็บไข่ม้วน โค กระป๋อง ม้า และสัตว์ป่าบางชนิด ความถี่ชนิด Wideband 5, 6.5, 7.5 MHz โดยจะใช้งานร่วมกับเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับตรวจและประมวลผลคุณภาพซากโคขณะมีชีวิตที่มีอยู่เดิมได้
2. เป็นหัวตรวจแบบโค้งขนาดเล็ก (Micro-convex probe) มีลักษณะดังนี้
 - 2.1 น้ำหนักหัวตรวจไม่เกิน 1 กิโลกรัม
 - 2.2 จำนวนแท่งคริสตัลไม่น้อยกว่า 128 แท่ง (elements)
 - 2.3 รัศมีความโค้งของหัวตรวจ (Radius of curvature) 10 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า รองรับการใช้งานกับเข็มเจาะดูดฟอลลิเคิลเพื่อเก็บไข่ม้วน ชนิด short bevel แบบสั้น เบอร์ 18G ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
 - 2.4 ความยาวหัวตรวจ (length of guide) ไม่น้อยกว่า 61.5 เซนติเมตร
 - 2.5 ความยาวสายต่อหัวตรวจ (length of cable) ไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
 - 2.6 ขนาดของมุมมอง (Field of view, FOV) ไม่น้อยกว่า 150 องศา
 - 2.7 มี Biopsy guide แสดงบนหน้าจอได้ สำหรับนำทางเข็มเจาะดูดฟอลลิเคิลเพื่อเก็บไข่ม้วน ที่สามารถปรับทิศทางได้ทั้ง บน-ล่าง และซ้าย-ขวา
 - 2.8 มี Focus lense ขนาด 35 มิลลิเมตร
 - 2.9 สามารถรองรับการใช้งานกับเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ ECM รุ่น Exago หรือ Exapad mini ได้
3. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้
 - 3.1 กระเป๋าสําหรับใส่หัวตรวจ จำนวน 1 ใบ
 - 3.2 ท่อสำหรับสอดสายเจาะไข่ม้วน แบบเข็มสั้น จำนวน 1 ชุด
 - 3.3 ท่อสำหรับสอดสายเจาะไข่ม้วน แบบเข็มยาว จำนวน 1 ชุด
 - 3.4 เข็มเจาะไข่ม้วน แบบเข็มสั้น ขนาด 18G จำนวน 100 เล่ม
 - 3.5 สายต่อเข็มเจาะไข่ม้วนความยาว 100 เมตร จำนวน 1 ชุด
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน EN 60601-1
5. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
7. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
8. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่
9. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
10. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
11. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25..๒๑


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญกุล)


.....อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวพิงค์ลานนา กุญชร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษยาณี ภูมิพิทักษ์กุล)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)