



สำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ (สดส.)
เลขที่รับ ๕11
วันที่ 17 ก.ค. 2568
เวลา 8.54 น.

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สดส.
เลขรับ / ส่ง 967
วันที่ 18 ก.ค. 2568 10.48
บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 3263
วันที่ 9 ก.ค. 2568
เวลา 13:15
สัปดาห์ 4

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร. ๐-๒๕๖๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๔๙

ที่ กษ ๐๖๑๑/ ๑๐๐๒๓

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑๘)

เรียน อธิบดี ผ่านรองอธิบดี (นายโสภชัย ขวาลกุล)

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๑ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๕ รายการ หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

รายการ ที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะใช้ผ่านทางช่องคลอดในโคกระบือ	สทป.	คว. ๘๗/๖๙	-
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ ๗๒๐ ลิตร	สทป.	คว. ๘๘/๖๙	คว. ๕๗/๖๘
๓.	ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน	สทป.	คว. ๘๙/๖๙	คว. ๑๑๖/๖๘
๔.	เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค	สทป.	คว. ๙๐/๖๙	คว. ๑๖๓/๖๗
๕.	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและตรวจนับโซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ	สทป.	คว. ๙๑/๖๙	คว. ๑๕๕/๖๘

อนุมัติ

(นายโสภชัย ขวาลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ประธานกรรมการ
(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....กรรมการ
(นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ)


.....กรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....กรรมการ
(นายอุตร ศรีแสง)


.....กรรมการ
(นางสาววิรมภรณ์ เตือนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


.....กรรมการ
(นางสาวชญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)


.....กรรมการ
(นางจิตรนา จิตจกรเกียรติ)


.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง การบุหนิง สังขทิพย์)


.....กรรมการ
(นางสาวประภัศร ภัคดี)


.....กรรมการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)


.....กรรมการ
(นางสาวอรทัย ศิริพรม)


.....กรรมการ
(นางสาวอภิญา พิงสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายไกรวุฒิ นวลสว)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววิชานท์ ลีวรรณ)

แบบบันทึกรายซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๑๘)

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	เลขที่ spec		รูปแบบ การขอ อนุมัติ	หน่วย งาน ที่ขอ	จำนวน ยี่ห้อ (อย่าง น้อย)	จำนวน ผู้ขาย (อย่าง น้อย)
		เดิม	ใหม่				
๑.	หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะไขผ่านทางช่อง คลอดในโคกระบือ	-	คว. ๘๗/๖๙	ขอจัดทำ ใหม่	สทป.	๑	๓
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ ๗๒๐ ลิตร	คว. ๕๗/๖๘	คว. ๘๘/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๓.	ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน	คว. ๑๑๖/๖๘	คว. ๘๙/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๔.	เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค	คว. ๑๖๓/๖๗	คว. ๙๐/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๕.	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและตรวจนับ โซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ	คว. ๑๕๕/๖๘	คว. ๙๑/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๒	๒



.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน

1. เป็นปั๊มแบบดูดและอัดสุญญากาศในเครื่องเดียวกัน มีหน้าปัดแสดงแรงดันของ vacuum และ pressure แยกจากกันโดยอิสระ
2. สามารถทำ vacuum ในระบบได้ไม่ต่ำกว่า 24 นิ้วปรอท และทำ pressure ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 35 psi
3. ชุดของเครื่องปั๊มสุญญากาศมีฐานทำจากยาง เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือน
4. มี valve สำหรับควบคุม vacuum และ pressure
5. มีข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อกับสายยางเพื่อเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....⁶⁸
6. มีสวิตช์เปิด-ปิดตัวเครื่อง
7. ใช้มอเตอร์ส่งกำลังขนาดไม่ต่ำกว่า 1/15 แรงม้า
8. ใช้กับไฟฟ้า 220 - 240 volt 50-60 hertz ได้ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....⁶⁹
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายอุดม เจือจันทร์)

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ

(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ

(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ

(นางสาววิษุพันธ์ สิวรรณ์)

.....อนุกรรมการ

(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางปาริซ พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรรพ)