



สำนักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ (สดส.)
เลขที่รับ ๕11
วันที่ 17 ก.ค. 2568
เวลา 8.54 น.

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สดส.
เลขรับ / ส่ง 967
วันที่ 18 ก.ค. 2568 10.48
บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 3263
วันที่ 9 ก.ค. 2568
เวลา 13:15
สัปดาห์ 4

ส่วนราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร.0-256๗-๙๗๐๐ ต่อ ๑๒๔๙

ที่ กษ ๐๖๑๑/ ๑๐๐๒๓

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑๘)

เรียน อธิบดี ผ่านรองอธิบดี (นายโสภชัย ขวาลกุล)

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้โปรดมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๑ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๗๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณปัจจุบัน และที่ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป นั้น

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ โดยขออนุมัติ จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน ๕ รายการ หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

รายการ ที่	ชื่อรายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน	รหัสคณะกรรมการฯ	หมายเหตุ
๑.	หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะใช้ผ่านทางช่องคลอดในโคกระบือ	สทป.	คว. ๘๗/๖๙	-
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ ๗๒๐ ลิตร	สทป.	คว. ๘๘/๖๙	คว. ๕๗/๖๘
๓.	ปั๊มแบบสูญญากาศ/แรงดัน	สทป.	คว. ๘๙/๖๙	คว. ๑๑๖/๖๘
๔.	เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค	สทป.	คว. ๙๐/๖๙	คว. ๑๖๓/๖๗
๕.	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและตรวจนับโซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ	สทป.	คว. ๙๑/๖๙	คว. ๑๕๕/๖๘

อนุมัติ

(นายโสภชัย ขวาลกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ประธานกรรมการ
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....กรรมการ
(นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ)


.....กรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....กรรมการ
(นายอุดร ศรีแสง)


.....กรรมการ
(นางสาววิรมภรณ์ เตือนถ้ำแก้ว)


.....กรรมการ
(นางสาวমনัสวี ชูเชิด)


.....กรรมการ
(นางสาวชญภรณ์ พงศ์ชัยศรีกุล)


.....กรรมการ
(นางจิตรนา จิตจรเกียรติ)


.....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิง การบุหนิง สังขทิพย์)


.....กรรมการ
(นางสาวประภัสสร ภัคดี)


.....กรรมการ
(นายสราวุธ ชูกระชั้น)


.....กรรมการ
(นางสาวอรทัย ศิริพรม)


.....กรรมการ
(นางสาวอภิญา พิงสุข)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววันทนา จันทรมงคล)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายไกรวุฒิ นวลขาว)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาววิชานท์ ลีวรรณ)

แบบบันทึกรายชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ขออนุมัติ ครั้งที่ ๑๘)

ลำดับ ที่	ชื่อรายการ	เลขที่ spec		รูปแบบ การขอ อนุมัติ	หน่วย งาน ที่ขอ	จำนวน ยี่ห้อ (อย่าง น้อย)	จำนวน ผู้ขาย (อย่าง น้อย)
		เดิม	ใหม่				
๑.	หัวตรวจอัลตราซาวด์สำหรับเจาะไขผ่านทางช่อง คลอดในโคกระบือ	-	คว. ๘๗/๖๙	ขอจัดทำ ใหม่	สทป.	๑	๓
๒.	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) ขนาดความจุ ๗๒๐ ลิตร	คว. ๕๗/๖๘	คว. ๘๘/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๓.	ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน	คว. ๑๑๖/๖๘	คว. ๘๙/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๔.	เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค	คว. ๑๖๓/๖๗	คว. ๙๐/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๓	๓
๕.	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและตรวจนับ โซมาติกเซลล์ แบบอัตโนมัติ	คว. ๑๕๕/๖๘	คว. ๙๑/๖๙	ขอยืนยัน	สทป.	๒	๒



.....ประธานกรรมการ

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค

1. เป็นเครื่องตรวจวัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค ใช้หลักการคำนวณค่าความเข้มข้นด้วยคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 540 ถึง 600 นาโนเมตร หรือ Double beam
2. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขและตัวอักษรแบบดิจิทัล โดยมีหน่วยวัดเป็นพันล้านตัวต่อมิลลิลิตร และสามารถตั้งค่าการวัดให้เป็นศูนย์ก่อนการตรวจครั้งใหม่ได้
3. สามารถวัดค่าความเข้มข้นของน้ำเชื้อโคได้ในช่วง 0.5-2.3 พันล้านตัวต่อมิลลิลิตร หรือกว้างกว่า
4. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้
 - 4.1 Test cuvette จำนวน 1 อัน หรือ Capillary holder จำนวน 1 อัน
 - 4.2 ภาพยนตร์บรรจุตัวอย่างน้ำเชื้อ จำนวน 100 อัน หรือ Capillary tube ขนาด 20 μ L จำนวน 250 ชิ้น
 - 4.3 แบตเตอรี่ชนิด AA 1.5 volt จำนวน 4 ก้อน หรือแบตเตอรี่ชนิด NiMH แบบชาร์จไฟฟ้าได้
5. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้
6. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
7. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
9. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
10. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่
11. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
12. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
13. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๙


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
(นายภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง)


อนุกรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


อนุกรรมการ
(นางจรรยาพร รุ่งเรืองศักดิ์)


อนุกรรมการ
(นางสาวมนัสวี ชูเชิด)


อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเพชรร้อย เพชรเรียง)