



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2879
วันที่ 9 ก.ค. 2561
เวลา 11:28
3

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาพันธุ์สัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๒๑๖

ที่ กษ ๐๖๐๕/ว/กค วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ขออนุมัติใช้สเปค เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรและวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป ได้พิจารณารายละเอียดฯ วัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว และนำเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรและทั่วไป	เลขที่	หมายเหตุ
๑.	เครื่องผสมอาหารแวนอน ขนาด ๕๐๐ กก. พร้อมชุดลำเลียง	คกท.๒๕๕๓/๓๖	ขอใช้ Spec.เดิม
๒.	เครื่องสูบน้ำมูลสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร	คกท.๒๕๖๐/๕	ขอใช้ Spec.เดิม
๓.	จอบหมุนแนวตั้ง ขนาด ๒.๔ เมตร	คกท.๒๕๖๐/๗	ขอใช้ Spec.เดิม
๔.	เครื่องปรับระดับหน้าดิน ขนาด ๒.๔ เมตร	คกท.๒๕๖๐/๘	ขอใช้ Spec.เดิม
๕.	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า	คกท.๒๕๖๐/๓๐	ขอใช้ Spec.เดิม
๖.	ใบมีดตัดหน้าดิน	คกท.๒๕๕๘/๕	ขอใช้ Spec.เดิม
๗.	หลอดบรรจุน้ำเชื้อขนาด ๐.๒๕ มิลลิลิตร	๒๕๕๒	ขอใช้ Spec.เดิม
๘.	แร่ธาตุผสมอาหารสำหรับโค ชนิดผง	สคป. 5๕๕๐๑๓	ขอใช้ Spec.เดิม
๙.	แร่ธาตุก้อน สูตร ๒	O๕๐๐๐๗	ขอใช้ Spec.เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายไสว นามคุณ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรฯ

อนุมัติ

(นายอำพนธ์ เวทิน)


รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน


อธิบดีกรมปศุสัตว์


10 ก.ค. 2561


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดบรรจุน้ำเชื้อขนาด 0.25 มิลลิลิตร


- 1. เป็นหลอดพลาสติกแข็ง มีความยาว 13.2 – 13.3 เซนติเมตร สามารถบรรจุน้ำเชื้อหรือของเหลวได้ ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร
- 2. มีความทนทาน ไม่กรอบหรือแตกหักเมื่อสัมผัส หรือแช่ไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส
- 3. ปลายหลอดด้านหนึ่งมีจุกโพลีไวนิล (polyvinyl plug) ซึ่งจะแข็งตัวปิดปลายหลอดได้สนิทเมื่อสัมผัสกับ น้ำเชื้อ หรือ ของเหลว ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเปิดโล่งสำหรับบรรจุน้ำเชื้อเข้า
- 4. สามารถใช้งานได้กับเครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกอัตโนมัติ (Automatic Filling and Sealing Machine) ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ที่มีใช้อยู่
- 5. เป็นหลอดบรรจุน้ำเชื้อสีเฉพาะ ดังนี้
 - 5.1 หลอดสีส้ม (Orange)
 - 5.2 หลอดสีใส (Clear)
 - 5.3 หลอดสีม่วง (Purple)
 - 5.4 หลอดสีแดง (Bright red or red)
 - 5.5 หลอดสีชมพู (Pink)
 - 5.6 หลอดสีเขียว (Green)
 - 5.7 หลอดสีน้ำตาล (putty coloured or Beige)
 - 5.8 หลอดสีอื่นๆ ตามที่ระบุในใบเบิก

.....

ประธานกรรมการ
 (นายสาโรช งามขำ)

.....

กรรมการ
 (นางรพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล)

.....

กรรมการ
 (นางจूरรัตน์ แสนโกชน์)

.....

กรรมการ
 (นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)

.....

กรรมการและเลขานุการ
 (นายสมพงษ์ แสงจอหอ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดบรรจุน้ำเชื้อขนาด 0.25 มิลลิลิตร

(ต่อ)

- 6. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผลิตมาไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบโดยมีใบรับรองจากผู้ผลิต มาแสดง และบรรจุปิดผนึกสนิทในภาชนะชนิดซอง หรือห่อไม่เกิน 2,000 หลอดต่อซองหรือต่อห่อ
- 7. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับการ รับรองมาตรฐานคุณภาพสากล หรือมาตรฐานคุณภาพสากลอื่นที่เทียบเคียงกัน
- 8. ผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างสินค้ามาแสดงพร้อมเอกสารเสนอราคา
- 9. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต และใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจะต้อง ไม่หมดอายุอย่างน้อย 30 วัน หลังจากวันที่เสนอราคา
- 10. ส่งมอบที่

..... (ต่อ)
 ประธานกรรมการ
 (นายสาโรช งามจำ)

..... กรรมการ
 (นางรพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล)

..... กรรมการ
 (นางจूरรัตน์ แสนโกชน์)

..... กรรมการ
 (นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล)

..... กรรมการและเลขานุการ
 (นายสมพงษ์ แซ่จอหอ)